ELECTRONICA MEDICAL
by Electronica Technologies

FABRIQUÉ EN FRANCE

AUDIOMETER 800 M



Bild mit Kopfhörern DD65-V2

Das Audiometer 800 M ist besonders für Profis der Arbeitsmedizin und Schulmedizin geeignet. Es verbindet sich leicht mit jedem PC mit USB-Anschluss.

CE 0459

AUDIOMETER 800 M

Professionneller Medizinprodukt für **Luftleitung**. Mit **Patienten-Antwort Taste** und **1 Kopfhörern von Radioear, nach Wahl,** geliefert : DD45, DD65-V2 oder DD45 mit Peltor Kappen

Geliefert mit **intuitiver und interaktiver Software**, auf USB-Stick, Ohne Begrenzung der Anzahl der Installationen oder der Gültigkeitsdauer.

Bild mit Kopfhörern DD45



- **Exportieren** im **XML-Format**
- **Kompatibel** mit den meisten, **Software für die Arbeitsmedizin,**
- **Kompatibel GDT-Schnittstelle + G 20 Lärm I und II**
- **Aufbau von Datenbanken** mit der Möglichkeit **der fusion** und **Synchronisieren**

- **Beihilfe für die Auslegung** der Audiogramme,
- **Berechnung** von der Hörverlusten,
- **Festlegung der Schwellen für die Hörbarkeit** nach der «Hughson-Westlake»-Methode
- Integration eines **personalisierten Logos** und der **Unterschrift des Praktikers** in den Testbericht

Anschluss des Kopfhörers an das Audiometer mit 2 Einstecken, **Jacks mono** in 6,35 mm

Gebrauchsanweisungen im Pdf-Format und Online-Hilfe : Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch.

3-Jährige GARANTIE (Außer Kopfhörer) – FRANZÖSISCHE DESIGN UND HERSTELLUNG

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- **Typ:** 4 – Screening und Kontrolle (gemäß EN 60645-1) Medizinische Normen EC-Kennzeichnung 0459 (G-MED) – Klasse IIa
- **Ausgang :** Luftleitung mit 2 Einstecken, Jacks mono in 6,35 mm, Kopfhörer von RADIOEAR zur Wahl: DD45, DD65-V2, DD45 mit „Peltor" Kappen
- **Frequenzen Bereich (11 Werte) :** 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/- 1%)
- **Ausgangspegel :** von -10 HLdB bis 100 HLdB
- **Pegel-Schrittweite:** 5 dB
- **Spannungsversorgung :** Isolierte USB-Verbindung zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit (nach EN 60601-1)
- **Ton :** kontinuierlicher Klang oder gepulster Klang
- **Tests :** Manual – Automatisch / Normal und «Hughson Westlake» Methode/ Standard, Random und personalisiertes Szenario
- **Berechnung der Hörverluste :** Frühwarnindex – Durchschnittlicher Hörverlust + 3 Berechnungen zu schaffen: alle sind anpassbar
- **Mindestsystemanforderungen des PC :** 1 USB-Port, RAM: 1 Go, CPU: 1 GHz, Freier Speicherplatz auf der Festplatte: 50 Mo, grafische Auflösung: 1024 x 600. Windows 7, Windows 8, Windows 10.
- **Gesamtgewicht :** 1,5 Kg inklusive Zubehöres. Stoßschutzmittel Koffer 350 x 300 x 100mm

Electronica Medical bietet ein umfassendes Angebot an Screenings Audiometer an, die für die Schulmedizin und die Arbeitsmedizin geeignet sind.

Electronica Technologies behält sich das Recht vor, die angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Fotos sind unverbindlich.
Firmensitz und Industriestandort: Chemin du Pré long - 03200 Abrest - Frankreich. Tel. +33 (0)4 70 96 52 90 - Fax +33 (0)4 70 96 01 23 - contact@electronica-medical.com