Fischer **AN**alysen Instrumente GmbH



LactoFAN 2

H_2-Monitor

zur Messung der H_2-Konzentration in der Atemluft

Anwendung in der gastroenterologischen Funktionsdiagnostik

- Laktose-Intoleranz
- Malassimilation von Kohlenhydraten oder Zucker-Austauschstoffen: Saccharose / Fructose / Sorbit
- Bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms:
- Test mit Glucose oder Lactulose
- Orozökale Transitzeit



Besondere Merkmale

- Einfache Bedienung über den handschuhfähigen Touchscreen
- Grafische Bedienerführung und Patienten-Animation
- Mehrere patientenbezogene Messwerttabellen
- Einfache Software zum Datenexport über USB
- Keine Aufwärmzeit
- Autoreset-Funktion, Sensorabweichungserkennung
- Halbautomatisches Kalibrierverfahren
- Stromversorgung durch 4x Standard-AA-Akku
- Lieferung mit Starter-Kit im festen Tragekoffer
- Optional erhältliche $FANH_2$ Windows® Software zur Erstellung von Testberichten und Anbindung an Praxis- und Krankenhausinformationssysteme

Fischer **AN**alysen Instrumente GmbH · Brahestr. 25-27 · D-04347 Leipzig · Tel. +49 341 244 50-0 · Fax +49 341 244 50-22 · E-Mail: fan@fan-gmbh.de · www.fan-gmbh.de