Ansell

SANDEL® ERGO-STEP™ STOOL

MEDIZIN- UND SCHUTZPRODUKTE

PRODUKT BESCHREIBUNG

Verwendungszweck	Der Ergo-Step™ Tritt für den OP dient zur Verwendung durch medizinisches Personal oder Patienten im Krankenhaus. Die gepolsterte Oberfläche verringert die Ermüdung von Füßen, Beinen und Rücken während des Stehens. Die Ergo-Step™ Tritte für den OP können zusammengehängt werden und bilden nebeneinander angeordnet eine Ebene. Zudem können zwei Ergo-Step Tritte übereinander angeordnet werden.	
Material	Tritt, ABS, 303/30 + Edelstahl Oberfläche, Gummi	
Gewicht	**Unterteil**	**Oberteil**
	7 lbs (~3,2 kg)	7 lbs (~3,2 kg)
Abmessungen (zoll)	**Unterteil**	**Tritt (Oberteil)**
	5" H x 18" L x 14" W (~12,7 x 45,7 x 35,6 cm)	5" H x 18" L x 14" W (~12,7 H x 45,7 B x 35,6 P cm)

VERPACKUNG UND LAGERUNG

	Verpackung	Stück/Umkarton
1170	2 Oberteile + 2 Unterteile	4
1170-B	4 Unterteile	4
1170-T	Tritte (4 oben)	4

HERSTELLUNGS UND SICHERHEITSNORMEN

Nachverfolgbarkeit Der Chargen	Ja
Wiederverwendbar	Ja
Reinigung	Kann wie ein Wagen mit Wasser gewaschen und luftgetrocknet werden. Die Temperatur darf 140°F/60°C nicht überschreiten
Sterilisationsverfahren	Nicht zutreffend
Resterilisation	Nicht zutreffend
CE-Kennzeichnung	Nicht zutreffend
Patentnummer	Tritt, D582,168 Tritt, D632,101

PRODUKTNUMMER

1170	2 Oberteile + 2 Unterteile
1170-B	Tritte; 4 Unterteile
1170-T	4 Oberteile

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel.: (866) 764-3327
E-Mail: sandel-cs@ansell.com
Tel.: (USA): 800 952 9916
Tel.: (CAN): 1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Brasilien - Tel.: +55-11-3356-3100
Brasilien - E-Mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: + 32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: + 603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com
Japan - Tel.: +813 5549 8151
Japan - E-Mail:
info.medical.jp@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

REV1/2020/APAC

ansell.com

Ansell, ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

DR. SCHUMACHER

Materialverträglichkeit
von Ergo Step
der
Firma Ansell Healthcare Europe N.V.
mit den
verschiedenen Produkten
der Dr. Schumacher GmbH

(in Anlehnung an SOP 04.02.012)

Untersuchungszeitraum vom 02.07.2013 – 18.07.2013

Material:	**Tritt:**	**ABS**	**orange**
		303/30 + Edelstahl	**silberglänzend**
	Oberfläche:	**Gummi**	**grau**

Testlösung:	Optisal N	Ch.: 427453	AWK 0,5%
	Optisal N	Ch.: 427453	AWK 1,0%
	Descosept AF	Ch.: 433348	gebrauchsfertig
	Cleanisept	Ch.: 425180	AWK 7,5%
	Cleanisept Wipes	Ch: 141746	gebrauchsfertig

Anwendungen: 10 x 10 Behandlungen = 100 Anwendungen

Behandlung: Der Ergo Step wurde vor der Materialverträglichkeitsprüfung mit vollentsalztem Wasser gereinigt und getrocknet.
Zur Materialverträglichkeitsprüfung von Flächendesinfektionsmitteln wurden 2,5L der Testlösung über eine Rolle **DESCO WIPES DT** in einen Eimer gegossen und der Ergo Step mit einem getränkten Tuch gewischt.

Der Ergo Step wurde pro Tag in 10 Anwendungen behandelt.
Nach jedem Behandlungsintervall und vollständiger Abtrocknung der Desinfektionslösung erfolgte eine visuelle und taktile Kontrolle des Ergo Steps.

DR. SCHUMACHER

Beurteilung: nach ca. 24 Stunden Trocknung des Materials

1) Visuelle Kontrolle
Kritische Einstufung der Materialen innerhalb des Messzyklus bei auftretender Veränderung in Form oder Farbe (z.B. Belag, Verfärbung der Gummierung).

2) Taktile Kontrolle
Kritische Einstufung der Materialien innerhalb des Messzyklus bei auftretender Abstumpfung oder Klebrigkeit.

Bewertung:

Oberfläche	**Gummi**	**grau**
Optisal N	0,5%	**kompatibel**
Optisal N	1,0%	**kompatibel**
Descosept AF	gebrauchsfertig	**kompatibel**
Cleanisept	7,5%	**kompatibel**
Cleanisept Wipes	gebrauchsfertig	**kompatibel**

Tritt	**ABS, 303/30 + Edelstahl**	**orange/silberig**
Optisal N	0,5%	**kompatibel**
Optisal N	1,0%	**kompatibel**
Descosept AF	gebrauchsfertig	**kompatibel**
Cleanisept	7,5%	**kompatibel**
Cleanisept Wipes	gebrauchsfertig	**kompatibel**

Bemerkung: Nach der Behandlung sind keine Veränderungen an dem Ergo Step feststellbar.
Die getesteten Flächendesinfektionsmittel sind für die Behandlung des ergo Stepers geeignet.

Die verwendeten Desco Wipes DT Tücherrollen sind speziell für den Einsatz mit Flächendesinfektionsmitteln gedacht und getestet.