KENTAGO

EU Konformitätserklärung

Die Firma

KENTAGO GmbH
% Health Innovation Port
Röntgenstraße 22
22335 Hamburg

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

TRICURO go

auf das sich die Erklärung bezieht, mit folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmt:

Elektromagnetische Verträglichkeit	DIN EN 55032 (2016)
Elektromagnetische Verträglichkeit	DIN EN 61000-6-2 (2019)
Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften	DIN EN 55024
ElectroMagnetic Compatibility	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)
ElectroMagnetic Compatibility	ETSI EN 301 489-03 V2.1.1 (2019)

Die KENTAGO GmbH hält die erforderliche technische Dokumentation zur Einsicht bereit.

Hamburg, 01. September 2021



Thomas Lütcke
CEO KENTAGO GmbH